ACCUTO**



Dispositivo de ultrasonido de bolsillo para el guiado de anestesia espinal.

MANUAL DEL USUARIO



Accurc™

PRECAUCIÓN: En Estados Unidos, las leyes federales restringen el uso de este dispositivo a un médico o a su prescripción.

© Copyright, Rivanna Medical, LLC, todos los derechos reservados. La copia no autorizada de este documento, además de la infracción de los derechos de autor, puede reducir la capacidad de RIVANNA de proporcionar información precisa y actualizada a los usuarios.



Información de contacto:
Rivanna Medical, LLC
107 E Water Street
Charlottesville, VA 22902 EE. UU.
Tel.: 800-645-7508
www.rivannamedical.com
info@rivannamedical.com

EC REP

Emergo Europe Prinsessegracht 20 2514 AP The Hague Países Bajos

Tel.: (31) (0) 70 345-8570 Fax: (31) (0) 70 346-7299

RIVANNA™, **Accuro™**, BoneEnhance™ y SpineNav3D™ son marcas comerciales de Rivanna Medical, LLC.

Cidex® es una marca comercial registrada de Aprorocidin International.

El sistema de ultrasonido Accuro al que se hace referencia en este documento está protegido por las siguientes patentes: U.S. Pat. N.º 9.486.291 JP Pat. N.º 2014-508505 Otras patentes pendientes.

Este documento, junto con la información en él contenida, constituye información patentada y con idencial de Rivanna Medical, LLC ("RIVANNA") y no puede reproducirse, copiarse en su totalidad o en parte, adaptarse, modi icarse, divulgarse a otros o difundirse sin el permiso previo por escrito de RIVANNA.

Este documento se ha diseñado para que lo usen los clientes, quienes disfrutan de su licencia como parte de su compra de equipamiento RIVANNA o para cumplir los requisitos reguladores exigidos por la FDA, así como otros requisitos reguladores. El uso o la difusión de este documento por personas no autorizadas están estrictamente prohibidos.

ESTE DOCUMENTO SE PROPOR-CIONA SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, IMPLÍCITA O EXPRESA, LO QUE INCLUYE SIN CARÁCTER LIMITATIVO GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR.

RIVANNA no será responsable en ningún caso de daños incidentales o consecuentes del uso de **Accuro**. Algunos estados no permiten la exclusión de daños incidentales y consecuentes, por lo que es posible que esta exclusión no le afecte.

RIVANNA se ha ocupado de asegurar la precisión de este documento. Sin embargo, RIVANNA no asume responsabilidad alguna por errores u omisiones y se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso a cualquier producto en este documento para mejorar la fiabilidad, la funcionalidad o el diseño. RIVANNA puede realizar meioras o cambios en los productos o programas descritos en este documento en cualquier momento sin aviso previo. PÓNGASE EN CONTACTO CON SU REPRESENTANTE DE RIVANNA PARA OBTENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA. Cualquier información de este Manual del usuario puede modificarse en cualquier momento sin previo aviso.

Para obtener la información más actualizada, consulte los manuales en línea en rivannamedical.com.
Los ejemplos proporcionados por RIVANNA en este Manual del usuario no representan en modo alguno datos reales de pacientes o exámenes.





ACCUTO™ MANUAL DEL USUARIO

Tabla de contenido

Accuro

Tabla de contenido4
Información importante 5 Descripción del producto 5 Principios de funcionamiento 5 Indicaciones de uso 5 Rendimiento esencial 5 Contraindicaciones 5 Declaración de prescripción 5 Advertencias y precauciones 5 ADVERTENCIAS 6 PRECAUCIONES 6
Introducción al Accuro
Piezas y características del instrumento7
Componentes 7 Componentes del cargador de batería 7 Accesorios 7
Pantallas, controles e indicadores
Uso del Accuro
software 20

Mantenimiento del Accuro	21
Cuidado del instrumento e inspección de	
mantenimiento	21
Limpieza y desinfección	21
Procedimiento de limpieza	21
Procedimientos de desinfección	21
Compatibilidad electromagnética (EMC)	22
Guía de emisiones electromagnéticas	22
Inmunidad electromagnética	23
Emisiones electromagnéticas	24
Principio ALARA	
Aplicación de ALARA	
Controles directos	
Controles indirectos	25
Controles de receptor	25
Otras especi icaciones técnicas	
Especi icaciones del instrumento	26
Condiciones operativas y de almacenamiento	26
Especi icaciones de la sonda	26
Especi icaciones de salida acústica	26
Especi icaciones de la batería	26
Declaración de precisión	26
Resumen de cantidades acústicas	27
Seguridad	28

Información importante

Descripción del producto

El Accuro es un instrumento de ultrasonido de bolsillo que funciona con batería. El dispositivo es una unidad independiente que se compone de un sistema de ultrasonido, una sonda de ultrasonido y una pantalla táctil giratoria. El instrumento proporciona un ajuste predefinido de representación de imágenes, COLUMNA, para facilitar el guiado mediante imágenes para la anestesia espinal con navegación en 3D en tiempo real de la columna lumbar. El ajuste predefinido COLUMNA utiliza tecnología patentada denominada SpineNav3D para automatizar la detección de puntos de referencia de huesos de la columna y medidas de profundidad, así como para evaluar en tiempo real la orientación del plano de escaneos en 3D.

Los escaneos y las mediciones del **Accuro** pueden guardarse en un archivo de exámenes en el dispositivo y exportarse a un ordenador para almacenarlos o imprimirlos.

Principios de funcionamiento

Las imágenes de ultrasonido médica usan un transductor de ultrasonido, que transmite y recibe ondas mecánicas de alta frecuencia. Las ondas de ultrasonido transmitidas se re lejan en las estructuras del cuerpo que muestran cambios en la impedancia acústica. Una parte de la energía ultrasónica re lejada vuelve al transductor de ultrasonido y se vuelve a convertir en una señal eléctrica, que a continuación se ampli ica, se digitaliza y se procesa a través de una serie de iltros. La señal digital se transforma en una imagen que puede guardarse en la memoria y mostrarse en la pantalla en tiempo real.

El ajuste prede inido COLUMNA del Accuro usa re lejos ultrasó-nicos adquiridos de varios planos de escaneo para obtener escaneos de volumen 3D de la columna lumbar. La tecnología SpinNav3D facilita la interpretación de imagen de escaneos 2D individuales de la columna lumbar automati-zando la detección de puntos de referencia de huesos de la columna y mediciones de profundidad, así como proporcionar una evaluación en tiempo real de la orientación en 3D del plano de escaneo. La tecnología SpineNav3D simpli ica, agiliza y facilita la interpretación de imágenes y las mediciones de la anatomía de la columna lumbar. No es necesario ser ecogra ista para usar el ajuste prede inido COLUMNA.

Los escaneos 2D en tiempo real de ajustes predefinidos como COLUMNA o HUESO se forman usando la tecnología patentada BoneEnhance.

La tecnología BoneEnhance proporciona imágenes de la anatomía ósea con un mayor contraste de hueso y tejido en comparación con reconstrucciones de imágenes de ultrasonido convencional.

Indicaciones de uso

El escáner de ultrasonido Accuro está diseñado para representar con ultrasonido imágenes de diagnóstico para el cuerpo humano en las siguientes aplicaciones clínicas:

- Abdominal
- Musculoesquelética (convencional y super icial)
- Cardíaca
- · Vascular periférica

Un examen típico en que se usa el **Accuro** es el guiado para la anestesia neuraxial.

Rendimiento esencial

El rendimiento esencial del Accuro consiste en la visualización de imágenes ultrasónicas de la dimensión y la ubicación de la anatomía de la columna, en la visualización de índices de ultrasonido en relación a indicaciones de seguridad y en la prevención de la salida de ultrasonido inadvertida o excesiva y del exceso de temperatura superficial del conjunto del transductor.

Contraindicaciones

El instrumento de ultrasonido **Accuro** no está diseñado para el uso oftalmológico o ningún otro uso que pueda hacer que el haz acústico atraviese el ojo.

Declaración de prescripción

Las leyes de Estados Unidos limitan la venta o el uso de este dispositivo a un médico o a su prescripción.

Advertencias y precauciones

El Accuro solo deben utilizarlo personas formadas que hayan recibido la autorización de un médico. Todos los usuarios deben leer el Manual del usuario completo antes de usar el Accuro. Para evitar daños en el equipo o lesiones en el usuario o en otras personas, lea con atención las advertencias y precauciones siguientes antes de usar el Accuro. Rivanna Medical, LLC declina toda responsabilidad por la seguridad operativa, la fiabilidad y el rendimiento del Accuro si se menosprecian de algún modo las advertencias y precauciones expuestas en este Manual del usuario.

El **Accuro** no se ha evaluado para su uso con equipamiento quirúrgico de alta frecuencia (HF).

Información importante

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIA Riesgo de explosión, incendio o lesiones graves.

Si usa el **Accuro** en presencia de anestésicos inflamables, existe el riesgo de posible explosión.

No coloque el **Accuro** cerca de una fuente de calor ni lo exponga a una llama directa. Una exposición así puede provocar la salida de líquido corrosivo, descargas eléctricas o fuego.

Deje de usar el **Accuro** si la carcasa está dañada. No hacerlo puede provocar descargas eléctricas o fuego.

Pueden producirse descargas eléctricas si se usan cables USB dañados con el **Accuro** o si una persona ajena al personal autorizado por RIVANNA realiza modificaciones en el **Accuro**.

Evite dejar caer el **Accuro** o someterlo a impactos fuertes. Podrían provocarse descargas eléctricas, salida de líquido corrosivo y lesiones.

Si se detecta la salida de líquido corrosivo, póngase guantes protectores y deseche el **Accuro** de inmediato siguiendo las regulaciones aplicables.

ADVERTENCIA Posible peligro para el paciente

No use el instrumento **Accuro** para aplicaciones oftalmológicas. El uso oftalmológico puede provocarle lesiones al paciente.

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN: Posible peligro para el paciente por exposición acústica.

Hasta la fecha, no se ha demostrado que la exposición a ultrasonidos médicos de diagnóstico haya producido efectos perjudiciales para la salud. Sin embargo, los profesionales médicos deben usar los ultrasonidos únicamente cuando esté indicado clínicamente. Los profesionales médicos deben usar los tiempos de exposición más cortos posibles. La salida de ultrasonido del **Accuro** no puede ajustarla el usuario y está limitada al nivel mínimo necesario para un rendimiento efectivo.

PRECAUCIÓN: Incluye materiales peligrosos. Asegúrese de desecharlo correctamente.

El Accuro puede contener aceites minerales, baterías y otros materiales peligrosos para el medio ambiente. Cuando el Accuro haya llegado al inal de su vida útil, siga los proto-colos locales para la eliminación de desechos peligrosos.

PRECAUCIÓN: Garantice una distancia adecuada del paciente.

Al trasmitir datos a o desde el ordenador, asegúrese de que el **Accuro**, los accesorios y el ordenador están fuera del alcance del paciente (a más de dos metros del paciente).

PRECAUCIÓN: Garantice una con iguración correcta del sistema informático o de la impresora.

Si usa **Accuro** con un sistema informático externo, una unidad de impresión o un cargador, el sistema informático, unidad de impresión o cargador debe tener la certificación mínima del estándar de sistemas EN/IEC 60601-1-1.

PRECAUCIÓN: Se pueden producir daños en el instrumento.

Aplique únicamente un acoplador ultrasónico disponible comercialmente que se haya formulado especí icamente para su uso en aplicaciones médicas, a la ventana

(cara) acústica de la sonda. No hacerlo puede provocar daños en el instrumento **Accuro**.

PRECAUCIÓN: Se pueden producir daños en el instrumento.

No intente esterilizar el instrumento **Accuro**. Se pueden producir daños en el instrumento **Accuro**.

PRECAUCIÓN: Se pueden producir daños en el instrumento.

El agua caliente a más de 45 °C puede dañar el instrumento.

PRECAUCIÓN: Se pueden producir daños en el instrumento.

No sumerja el instrumento en solución desinfectante.

PRECAUCIÓN: Las imágenes y los cálculos no deben usarse como única base para el diagnóstico clínico.

Las imágenes y los cálculos proporcionados por el instrumento Accuro están ideados para que los gestionen usuarios competentes como herramienta de diagnóstico. No deben usarse explícitamente como base única e irrefutable para el diagnóstico clínico. Se recomienda a los usuarios que tengan en cuenta la utilidad clínica del Accuro y que lleguen a sus propias conclusiones clínicas.

PRECAUCIÓN: Riesgo de mediciones imprecisas.

Las imágenes y los cálculos proporcionados por el instrumento **Accuro** están ideados para que los gestionen usuarios competentes como herramienta de diagnóstico. El usuario debe conocer bien las especificaciones, la precisión y las limitaciones del instrumento. Deben tenerse en cuenta estas limitaciones antes de tomar ninguna decisión basada en las imágenes y los valores cuantitativos.

Una configuración incorrecta de la imagen, un fallo del equipo o un manejo incorrecto del Accuro pueden provocar errores de medición o que no se detecten ciertos detalles en la imagen. El usuario debe estar muy familiarizado con el funcionamiento del Accuro para optimizar su rendimiento y reconocer posibles fallos y limitaciones. Puede acceder a formación sobre las aplicaciones a través del representante de ventas.

Introducción al Accuro

Piezas y características del instrumento



Componentes

Componentes del cargador de batería

NOMBRE DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
Cargador de pared USB	Carga la batería interior del Accuro
Cable Micro USB a USB	Conecta el cargador de pared USB con el Accuro

Accesorios

NOMBRE DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
Gel de acoplamiento acústico	Gel de acoplamiento de ultrasonido con tamaño de viaje
Maletín de transporte	Para llevar el Accuro y los accesorios

Pantalla de la consola y funciones

La consola del Accuro se compone de una pantalla táctil LCD y un único botón de encendido. La pantalla LCD presenta una combinación de información de usuario, visualizaciones de escaneos y mensajes que pueden variar según la función del dispositivo en cada momento.

El botón de encendido tiene la función de encender o apagar el dispositivo, ponerlo en modo de reposo o guardar imágenes. La funcionalidad depende del estado del dispositivo, como la pantalla activa en cada momento o la cantidad de tiempo que se mantenga pulsado el botón.

Pantalla de inicio

La pantalla de INICIO aparece la primera vez que se enciende el Accuro. La pantalla de INICIO sirve como punto de partida para todas las funciones principales del Accuro.



BOTÓN O INDICADOR	FUNCIÓN
	Pulse para ir al ajuste prede inido COLUMNA usando la automati- zación SpineNav3D.
	Pulse para ir al ajuste prede inido HUESO usando la tecnología BoneEnhance.
	Pulse para ir a la tecnología de imágenes por ultrasonido de carácter general TEJIDO.
VER GALERÍA DE EXAMEN	Pulse para ir a la pantalla del menú principal GALERÍA.
?	Pulse para acceder a la pantalla de AYUDA del Accuro .
	Pulse para apagar el dispositivo.
**	Pulse para ir a la pantalla de CONFIGURACIÓN.
	Indica la carga actual de la batería.
	Indica el espacio de almacena- miento MMC disponible.
•	El LED azul indica que está encendido.
•	El LED naranja indica que la batería se está cargando.

Pantalla de escaneo de los ajustes predefinidos HUESO y TEJIDO

Las pantallas de escaneo HUESO o TEJIDO aparecen tras pulsar los botones HUESO o TEJIDO en la pantalla de INICIO.


IMÁGENES EN DIRECTO EN PAUSA ATRÁS ATRÁS EXAM 03 TI:1.1 MI:0.8 EXAM 03 TI:1.1 MI:0.8 **CAPTURA DE** M O **IMÁGENES FIJAS** REPRODUCIR -PAUSA **CAPTURA DE** VÍDEO CONTROLES DE **CONTROLES DE PROFUN-CONTRASTE** DIDAD INFORMACIÓN INDICADOR DE DE EXAMEN/ PROFUNDIDAD **PACIENTE** MÁXIMA

BOTÓN O INDICADOR	FUNCIÓN
•	Pulse para volver a la pantalla de INICIO.
	Pulse para pausar la sesión de imágenes actual.
	Pulse para reanudar la sesión de imágenes actual. Este botón reemplaza al botón de pausa una vez que se ha pulsado el botón de pausa.
(Pulse para conmutar al zoom rápido. El zoom rápido aumentará la resolución y reducirá la profundidad de las imágenes.
Q	Pulse la flecha hacia arriba o abajo para aumentar o reducir la profundidad de las imágenes.
*	Pulse la flecha hacia arriba o abajo para aumentar o reducir el brillo de las imágenes. En el ajuste prede- finido de imágenes HUESO, los controles de brillo se usan para aumentar o reducir únicamente el brillo de la señal de tejidos.
	Pulse para guardar la imagen actual de la pantalla. La imagen guardada se almacenará en la GALERÍA y se asocia al examen actual. Este botón aparece una vez que se ha pulsado el botón de pausa.
	Pulse para guardar un vídeo de los últimos 4 segundos. El vídeo guardado se almacenará en la GALERÍA y se asociará al examen actual. Este botón aparece una vez que se ha pulsado el botón de pausa.
=	Pulse para ir a la página de información del examen e introducir la información del paciente y del examen.
0	Pulse el botón físico del dispositivo para guardar la imagen actual en el examen actual durante la representación de imágenes. Este botón puede guardar imágenes fijas o una captura de vídeo, dependiendo de la configuración del usuario.

Pantalla de escaneo del ajuste predefinido COLUMNA

La pantalla de escaneo COLUMNA aparece tras pulsar el botón COLUMNA en la pantalla de INICIO.

PRECAUCIÓN: Para obtener resultados de imágenes precisos, SpineNav3D debe aplicarse en la región de la columna lumbar con una orientación de plano de escaneo transversal.




BOTÓN O INDICADOR	FUNCIÓN
	Indicador del panel superior del ajuste predefinido COLUMNA que identifica automáticamente la presencia y la ubicación de espacio interlaminar o de secciones transversales de la apófisis espinosa dentro del escaneo en 2D. La superposición de secciones transversales es naranja cuando se identifica espacio interlaminar y azul cuando se identifica la apófisis espinosa. La superposición de secciones transversales posee una transparencia que indica confianza algorítmica de la identificación correcta del espacio interlaminar o la apófisis espinosa. Una superposición menos transparente indica una alta confianza en la detección anatómica, mientras que más transparencia indica menos confianza. La transparencia de la superposición coincide con la de la columna con navegación en 3D del panel de la imagen inferior.
	 Pulse el botón para ir cambiando entre las cuatro opciones: 1. Modelo en 3D activado, únicamente. 2. Modelo de superposición activado, únicamente. 3. Modelos en 3D y de superposición activados. 4. Modelos en 3D y de superposición desactivados.

BOTÓN O INDICADOR	FUNCIÓN
	Indicador del panel inferior de la pantalla del ajuste predefinido COLUMNA que ilustra la posición y la orientación del plano de escaneo en 2D actual a lo largo de una reconstrucción en 3D de la columna. La columna en 3D posee una transparencia que indica confianza algorítmica de la detección correcta de la posición de la columna. Una columna en 3D menos transparente indica una alta confianza en la posición y la orientación del plano de escaneo, mientras que más transparencia indica menos confianza. La transparencia de la superposición de la columna con navegación en 3D coincide con la superposición de la sección transversal en el panel de la imagen superior.
←1.4 3.4	Indicador a lo largo del lado derecho de la pantalla que detecta automáticamente las profundidades del espacio interlaminar y las profundidades de la apófisis espinosa. Ese espacio interlaminar se indica con texto naranja, mientras que la apófisis espinosa se indica con texto azul. El indicador de profundidad posee una transparencia que indica confianza algorítmica de la detección correcta del espacio interlaminar o la apófisis espinosa.
•	Pulse para volver a la pantalla de INICIO.
	Pulse para pausar la sesión de imágenes actual.
	Pulse para reanudar la sesión de imágenes actual. Este botón reemplaza al botón de pausa una vez que se ha pulsado el botón de pausa.
Q	Pulse la flecha hacia arriba o abajo para aumentar o reducir la profundidad de las imágenes.
*	Pulse la flecha hacia arriba o abajo para aumentar o reducir el brillo de las imágenes. El control de brillo se usa para aumentar o reducir únicamente el brillo de la señal de tejidos.
	Pulse para guardar la imagen actual de la pantalla. La imagen guardada se almacenará en la GALERÍA y se asocia al examen actual. Este botón aparece una vez que se ha pulsado el botón de pausa.
	Pulse para guardar un vídeo de los últimos 4 segundos antes de pausar la sesión de imágenes. El vídeo guardado se almacenará en la GALERÍA y se asociará al examen actual. Este botón aparece una vez que se ha pulsado el botón de pausa.
=	Pulse para ir a la página de información del examen en la que se introduce la información del paciente y del examen.
0	Pulse el botón físico del dispositivo para guardar la imagen actual en el examen actual. Este botón puede guardar imágenes fijas o una captura de vídeo, dependiendo de la preferencia del usuario. Para conmutar entre captura de imágenes fijas y de vídeo, vaya a INICIO->CONFIGURACIÓN->Botón físico.

Pantalla principal de Galería

La pantalla GALERÍA aparece tras pulsar el icono VER GALERÍA DE EXÁMENES en la pantalla de INICIO.



Pantalla de selección de imágenes de Galería

La pantalla de selección de imágenes de GALERÍA aparece tras pulsar el icono VER GALERÍA DE IMÁGENES en la pantalla de INICIO y seleccionar un examen en la pantalla principal de GALERÍA.




BOTÓN O INDICADOR	FUNCIÓN
\uparrow	Pulse para ir a la pantalla de INICIO.
•	Pulse para ir a la pantalla de INICIO.
(h)	Pulse para apagar el dispositivo.
*	Pulse para ir a la pantalla de CONFIGURACIÓN.
Î	Pulse para seleccionar los exámenes que desee eliminar.
	Indica la carga actual de la batería.
	Indica el espacio de almacenamiento MMC disponible.

BOTÓN O INDICADOR	FUNCIÓN
lacktriangle	Pulse para ir a la pantalla de INICIO.
4	Pulse para ir a la pantalla de INICIO.
(h)	Pulse para apagar el dispositivo.
*	Pulse para ir a la pantalla de CONFIGURACIÓN.
Î	Pulse para seleccionar los exámenes que desee eliminar.
	Indica la carga actual de la batería.
	Indica el espacio de almacenamiento MMC disponible.
=	Pulse para ir a la página de infor- mación del examen en la que se puede introducir la información del paciente y del examen.

Pantalla de reproducción de vídeo de Galería

La pantalla de reproducción de vídeo de GALERÍA aparece tras pulsar el icono GALERÍA en la pantalla de INICIO, seleccionar un examen en la pantalla principal de GALERÍA y seleccionar un archivo con extensión ".cine".



BOTÓN O INDICADOR	FUNCIÓN
◀	Pulse para volver a la pantalla de selección de imágenes de GALERÍA.
	Pulse para exportar la imagen actual como archivo "png".
=	Pulse para ir a la página de información del examen en la que se introduce la información del paciente y del examen.
	Pulse para iniciar/reanudar la reproducción de vídeo.
	Pulse para pausar la reproducción de vídeo.
	Pulse el botón para ir cambiando entre las cuatro opciones: 1. Modelo en 3D activado, únicamente. 2. Modelo de superposición activado, únicamente. 3. Modelos en 3D y de superposición activados. 4. Modelos en 3D y de superposición desactivados.
	Indicador de progreso de la reproducción de vídeo.
AVI	Pulse para exportar la extensión actual del archivo cine como ".avi".

Pantalla de configuración

La pantalla CONFIGURACIÓN aparece tras pulsar el icono CONFIGURACIÓN en la pantalla de INICIO.



Deslice hacia arriba o hacia abajo para mostrar más elementos de configuración.



BOTÓN O INDICADOR	FUNCIÓN
\Diamond	Pulse para ir a la pantalla de INICIO.
(Pulse para apagar el dispositivo.
*	Pulse para ir al menú principal de configuración.
	Pulse para definir el idioma.
	Pulse para definir la fecha.
L	Pulse para definir la hora.
<u></u>	Pulse para definir el nombre de la institución.
	Pulse para acceder a más opciones para realizar reparaciones y diagnósticos del sistema.
***	Pulse para activaro desactivar el icono de superposición de SpineNav3D, el icono de modelo en 3D o el indicador de profundidad.
	Pulse para conmutar entre volteo de pantalla activado/desactivado (volteo de 180 grados).
0	Pulse para elegir entre acción de vídeo o de imágenes fijas para la pulsación rápida del botón físico.
Z	Pulse para definir el tiempo tras el que el dispositivo pasa a modo de reposo.
	Pulse para conmutar entre protección con contraseña activada/desactivada y definir la contraseña.
(I)	Pulse para acceder a opciones para realizar un restablecimiento de fábrica. El restablecimiento de fábrica restaurará el dispositivo a las condiciones predeterminadas.
=	Pulse para conmutar si la información del paciente se incluirá o no en la imagen guardada.
į	Pulse para ver más información sobre el Accuro .

Uso de SpineNav3D para guiar la anestesia epidural y espinal

El ajuste predefinido COLUMNA del **Accuro** usa reflejos ultrasónicos adquiridos de varios planos de escaneo para obtener escaneos de volumen 3D de la columna lumbar. La tecnología SpinNav3D facilita la interpretación de imagen de escaneos 2D individuales de la columna lumbar automatizando la detección de puntos de referencia de huesos de la columna y mediciones de profundidad, así como proporcionar una evaluación en tiempo real de la orientación en 3D del plano de escaneo. SpineNav3D simplifica, agiliza y facilita la interpretación de imágenes y las mediciones de la anatomía de la columna lumbar. No es necesario ser ecografista para usar el ajuste predefinido SpineNav3D.

Para realizar un procedimiento de anestesia epidural o espinal relacionada de la columna lumbar.



- 3. SELECCIÓN DE MODO DE IMÁGENES DE LA COLUMNA
- Encienda el Accuro.
 Encienda el Accuro pulsando el botón de encendido.
- Si usa la guía de aguja RIVANNA Locator (que se vende por separado), colóquela en el Accuro.
- 3. Seleccione el ajuste predefinido de imágenes COLUMNA.


Pulse el icono COLUMNA de la pantalla de INICIO.

4. Aplique gel e inicie el escaneo.

Aplique gel de ultrasonidos en la zona de la columna lumbar del paciente en la zona aproximada del espacio interlaminar deseado. Escanee con el **Accuro** en orientación transversal a lo largo de la región de la columna lumbar del paciente.


Pulse el icono COLUMNA de la pantalla de INICIO.





ESCANEE CON EL ACCURO EN ORIENTACIÓN TRANSVERSAL.





5. Optimice la imagen.

Use los controles de brillo y profundidad para optimizar la imagen. La profundidad debería ser al menos 3 cm más profunda que la prevista en el espacio epidural.

6. Alinee el Accuro con la línea central de la columna.

Mueva el dispositivo a izquierda o derecha para asegurarse de que el indicador de la línea central queda centrado en la pantalla de imágenes (lo que se indica con una línea roja discontinua como se muestra).

7. Encuentre el espacio interlaminar.

Escanee con el Accuro a lo largo de la región de la columna lumbar hasta que se identifique automáticamente el espacio interlaminar en el nivel intervertebral deseado (que se indica con una cruceta y una superposición naranja como se muestra).

8. Recuerde la profundidad.

Tome nota de la profundidad del espacio interlaminar, que se indica mediante el número naranja (panel superior). Cuando está alineado correctamente, tanto el indicador de superposición de corte transversal (panel superior) como el indicador de columna en 3D (panel inferior) alcanzan la máxima opacidad. NOTA: La superposición y el indicador en 3D pueden activarse/desactivarse en la pantalla Configuración. El valor predeterminado de fábrica es "activado".

9. Recuerde el ángulo.

Tome nota del ángulo del dispositivo usado para detectar el espacio interlaminar.

10. Marque la piel.


Con el espacio interlaminar identificado en la pantalla, y centrado en la imagen, quite la guía de aguja Locator del **Accuro** y presione con suavidad la piel. Si no se usa la guía de aguja Locator del **Accuro**, anote la posición en la piel correspondiente al centro de la cara del transductor usando el método que prefiera, como un marcador quirúrgico.


11. Realice la inyección.


del Accuro debe permitir que el haz de ultrasonido entre claramente en el

espacio interlaminar sin cruzarse con la apófisis espinosa.

Retire el Accuro del sitio de escaneo y realice la inyección de acuerdo con el protocolo estándar. Use la ubicación de la piel identificada en el paso 10 como punto de partida para la inserción de la aguja. Use la lectura de profundidad del paso 8 y el ángulo de inserción posterior al paso 9.







Mueva el dispositivo a izquierda o derecha para asegurarse de que el indicador de la línea central queda centrado en la pantalla de imágenes (lo que se indica con una línea roja discontinua como se muestra).

Consejos adicionales de escaneo

PRECAUCIÓN: Para obtener resultados de imágenes precisos, SpineNav3D debe aplicarse en la región de la columna lumbar con una orientación de plano de escaneo transversal.

PRECAUCIÓN: Las imágenes y los cálculos proporcionados por el instrumento **Accuro** están ideados para que los gestionen usuarios competentes como herramienta de diagnóstico. El usuario debe conocer bien las especificaciones, la precisión y las limitaciones del instrumento. Deben tenerse en cuenta estas limitaciones antes de tomar ninguna decisión basada en las imágenes y los valores cuantitativos.

Consejo: Para orientaciones de escaneo diferentes a la transversal, se recomienda que se desactiven las superposiciones de SpineNav3D en la pantalla Configuración o, de forma alternativa, que se realice el escaneo usando el ajuste predefinido HUESO, al que se accede desde la pantalla INICIO.







Escaneo de carácter general con el Accuro

Para realizar un escaneo de diagnóstico clínico con el **Accuro**:

1. Encienda el Accuro.

2. Seleccione el icono TEJIDO para ir a la pantalla de Inicio.

3. Optimice la imagen.

Si es necesario, ajuste la imagen usando los controles de imágenes de carácter general (consulte las pantallas de escaneo de los ajustes predefinidos HUESO y TEJIDO).

4. Realice el escaneo diagnóstico.





Generar informes de exámenes y/o guardar imágenes de exámenes en un ordenador externo

Para realizar anotaciones, generar informes de exámenes o guardar imágenes de exámenes en un ordenador externo

- 1. Para obtener los mejores resultados, apague el Accuro y conéctelo a un ordenador externo usando el cable micro USB que se incluye con el Accuro.
- 2. Reinicie el Accuro mientras sigue conectado.

Comprobación de actualizaciones del software

Para comprobar si hay actualizaciones del software:

- Ejecute la aplicación
 AccuroATLAS y seleccione
 Ayuda -> Actualizar.
- 2. Siga las instrucciones para comprobar la disponibilidad de actualizaciones del software.

3. Busque la unidad ATLAS en el ordenador externo y ejecute la aplicación AccuroATLAS para habilitar la anotación en imágenes, la generación de informes de exámenes o el guardado de imágenes de exámenes.

Requisitos mínimos del sistema

Nota: Para acceder a AccuroATLAS, deben cumplirse los siguientes requisitos mínimos del sistema:

Sistema operativo del ordenador: Microsoft Windows® 7/8/8.1/10 o Mac OSX 10.9

Procesador mínimo: 1 GHz

Mínimo de RAM: 1 GB

USB 2.0

Resolución mínima: 1024 x 768

Mantenimiento del Accuro

Cuidado del instrumento e inspección de mantenimiento

Debe inspeccionarse el **Accuro** para comprobar si presenta daños físicos o grietas antes de cada uso. Deje de usar el **Accuro** si se observan daños. No hacerlo puede provocar descargas eléctricas o fuego.

Aparte de la inspección y la limpieza rutinarios descritos en este Manual del usuario, el **Accuro** no precisa otro mantenimiento periódico o preventivo. No contiene componentes que requieran pruebas o calibración periódicas para garantizar su rendimiento.

Limpieza y desinfección

Procedimiento de limpieza

El instrumento **Accuro** debe limpiarse después de usarlo con cada paciente. Para limpiar las sondas del **Accuro**, siga estas instrucciones:

Apague el sistema Accuro.

Humedezca un paño no abrasivo con alcohol isopropílico y frote la sonda hasta que quede bien limpia.

Pase con suavidad el paño humedecido sobre las superficies externas que requieran limpieza.

Frote con un paño seco.

Procedimientos de desinfección

Si es necesario desinfectar el instrumento, utilice un paño humedecido no abrasivo con un agente desinfectante aprobado o una toallita. Se ha de frotar el instrumento hasta que esté totalmente limpio.

Póngase en contacto con RIVANNA para obtener una lista de desinfectantes aprobados y de toallitas desinfectantes.

PRECAUCIÓN: Se pueden producir daños en el instrumento.

No sumerja el instrumento en solución desinfectante.

Aplique los procedimientos de limpieza y desinfección tal como se han descrito anteriormente.

Compatibilidad electromagnética (EMC)

El Accuro se ha diseñado y se ha sometido a pruebas, y se ha concluido que cumple los límites de compatibilidad electromagnética (EMC) para dispositivos médicos conforme al estándar EN/IEC 60601-1-2 para EMC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación médica típica.

ADVERTENCIA: Debe evitarse el uso del Accuro de forma que esté adyacente o apilado con otro equipamiento, ya que se podría producir un funcionamiento incorrecto. Si fuese necesario usarlo de alguna de estas formas, deben observarse este y el otro equipamiento para verificar que su funcionamiento es normal.

ADVERTENCIA: El uso de accesorios, transductores y cables distintos a los especificados o proporcionados por RIVANNA

podría producir más emisiones electromagnéticas o menos inmunidad electromagnética de este equipo y provocar un funcionamiento incorrecto.

PRECAUCIÓN: El equipamiento médico eléctrico requiere precauciones especiales con respecto a EMC y debe instalarse y utilizarse conforme a estas instrucciones. Es posible que unos niveles altos de interferencias electromagnéticas de radiofrecuencia (EMI), radiadas o conducidas, de equipamiento de comunicaciones de RF portátil o móvil, o de otras fuentes potentes o cercanas de radiofrecuencia puedan provocar una alteración en el rendimiento del sistema de ultrasonido. Algunas muestras de esta alteración pueden ser la degradación o la distorsión, lecturas erráticas, interrupción del funcionamiento del equipamiento u otros funcionamientos incorrectos.

Si esto ocurre, inspeccione el lugar para determinar la fuente de la alteración y tome las siguientes medidas para eliminarla:

- Apague y encienda el equipamiento cerca de cada posible fuente para detectarla.
- Reubique o vuelva a orientar la fuente de las interferencias.
- Aumente la distancia entre la fuente y la unidad de ultrasonido.
- Forme al personal clínico para que reconozca posibles problemas relacionados con las FMI
- Restrinja el uso de teléfonos móviles, etc. cerca de la unidad de ultrasonido.
- Compre dispositivos médicos que cumplan con IEC 60601-1-2.

Guía de emisiones electromagnéticas

y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas

El **Accuro** está destinado al uso en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El cliente o el usuario del **Accuro** deben asegurarse de que se usa en un entorno así.

Prueba de emisiones	Cumplimiento	Compatibilidad electromagnética: guía
Emisiones de radiofrecuencia según CISPR 11	Grupo 1	El Accuro usa la energía de RF únicamente para su función interna. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que provoque interferencias en equipamiento electrónico cercano.
Emisiones de radiofrecuencia según CISPR 11	Clase A	El Accuro es adecuado para el uso en todos los establecimientos que no sean domésticos y los relacionados directamente con la red de suministro eléctrico de bajo voltaje que suministra a los edificios usados con fines domésticos.
Emisiones de armónicos según IEC 61000-3-2	Clase A	
Emisiones de fluctuaciones/ parpadeo de voltaje	Cumple con	

Compatibilidad electromagnética (EMC)

Inmunidad electromagnética

	nado al uso en el entorno electror urarse de que se usa en un entorn		especifica a continuación. El cliente o el usuario del
Prueba de inmunidad	Nivel de prueba de IEC 60601	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético: guía
Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV por contacto ±8 kV por aire	Cumplimiento	Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosas de cerámica. Si los suelos están cubiertos de material sintético, la humedad relativa debe ser de al menos el 30 %.
Transitorios eléctricos rápidos/en ráfagas IEC 6100-4-4	±2 kV para líneas de suministro eléctrico ±1 kV para líneas de entrada/ salida	Cumplimiento	La calidad de la red eléctrica debe ser la del entorno típico comercial u hospitalario.
Sobretensión IEC 61000-4-5	±1 kV de línea(s) a línea(s) ±2 kV de línea(s) a tierra	Cumplimiento	La calidad de la red eléctrica debe ser la del entorno típico comercial u hospitalario.
Bajadas de voltaje, interrupciones breves y varia- ciones en las líneas de entrada del suministro eléctrico IEC 61000-4-11	<5 % U_T (bajada de >95 % en U_T) para 0,5 ciclo 40 % U_T (bajada de 60 % en U_T) durante 5 ciclos 70 % U_T (bajada de 30 % en U_T) durante 25 ciclos <5 % U_T (bajada de >95 % en U_T) durante 5 s	Inmunidad	La calidad de la red eléctrica debe ser la del entorno típico comercial u hospitalario. Si el usuario del Accuro requiere un funcionamiento continuado durante las interrupciones de la red eléctrica, se recomienda que el sistema Accuro se alimente con un suministro de alimentación ininterrumpible o con una batería.
Campo magnético de frecuencia de potencia (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	Cumplimiento	Los campos magnéticos de frecuencia de potencia deben tener los niveles característicos del entorno típico comercial u hospitalario.
RF conducida IEC 61000-4-6	3 Vrms De 150 kHz a 80 MHz	3 V	El equipamiento de comunicaciones de RF portátil o móvil no debe usarse a menos distancia de cualquier parte del Accuro , incluidos los cables, que la distancia de separación recomendada que se calcule con la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.
RF radiada IEC 61000-4-3	3 V/m De 80 MHz a 2,5 GHz	3 V/m	Distancia de separación recomendada $d=1.2\sqrt{P}$ De 80 MHz a 800 MHz $d=1.2\sqrt{P}$ De 800 MHz a 2,5 GHz $d=2.3\sqrt{P}$ donde es la potencia nominal máxima del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor y es la distancia de separación recomendada en metros (m). Los campos de fuerza de transmisores fijos de RF, según determina una inspección electromagnética del lugar, a deben ser inferiores al nivel de cumplimiento en cada intervalo de frecuencia. Pueden producirse interferencias cerca del equipamiento marcado con el símbolo siguiente:

Compatibilidad electromagnética (EMC)

NOTA: U, es el voltaje de la red eléctrica de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.

A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el intervalo de frecuencia más alta.

Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo en estructuras, objetos y personas.

- a. Es imposible predecir teóricamente con precisión los campos de fuerza de transmisores fijos, como estaciones base para teléfonos por radio (móviles/inalámbricos) y radio móvil terrestre, para radioaficionados, emisión de radio en AM y FM y emisión de televisión. Para evaluar el entorno electromagnético por transmisores de RF fijos, convendría realizar una inspección electromagnética del lugar. Si la fuerza del campo medida en el lugar en que se usa el **Accuro** supera el nivel de cumplimiento de RF antes indicado, debe observarse el **Accuro** para verificar que funciona con normalidad. Si se observa un rendimiento anormal, puede ser necesario tomar medidas adicionales, como reorientar o reubicar el **Accuro**.
- b. Por encima del rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, los campos de fuerza deberían ser inferiores a 3 V/m.

Emisiones electromagnéticas

Distancias de separación recomendadas entre el equipamiento de comunicaciones de RF portátiles y móviles y el **Accuro**.

El Accuro está destinado al uso en un entorno electromagnético en que las perturbaciones de RF están controladas. El cliente o el usuario del Accuro puede ayudar a prevenir las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre el equipamiento de comunicaciones de RF portátiles y móviles (transmisores) y el Accuro como se recomienda a continuación, conforme a la potencia máxima de salida del equipamiento de comunicaciones.

Salida nominal máxima del	Distancia de seguridad conforme a la frecuencia del transmisor (m)				
transmisor (W)	De 150 kHz a 80 MHz 1,2	De 80 MHz a 800 MHz 1,2	De 800 MHz a 2,5 GHz 2,3		
0,01	0,12	0,12	0,23		
0,1	0,38	0,38	0,73		
1	1,2	1,2	2,3		
10	3,8	3,8	7,3		
100	12	12	23		

Para transmisores con una potencia de salida nominal no especificada arriba, la distancia de separación recomendada en metros (m) puede estimarse usando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de salida nominal del transmisor en vatios (W) conforme al fabricante del transmisor.

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el intervalo de frecuencia más alta.

NOTA 2: Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo en estructuras, objetos y personas.

Para transmisores con una potencia de salida nominal no especificada arriba, la distancia de separación recomendada d en metros (m) puede estimarse usando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de salida nominal máxima del transmisor en vatios (W) conforme al fabricante del transmisor. NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el intervalo de frecuencia más alta. NOTA 2 Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo en estructuras, objetos y personas.

Principio ALARA

ALARA es el principio rector para el uso seguro del ultrasonido de diagnóstico. Los ecografistas y otros usuarios cualificados de ultrasonidos, con perspectiva y buen juicio, determinan la exposición acústica que sea "lo más baja razonablemente posible". No hay reglas para determinar la exposición acústica correcta para cada situación clínica. El usuario cualificado de ultrasonidos determina la forma más adecuada de mantener la exposición baja y los efectos biológicos al mínimo, mientras se consigue un estudio clínicamente eficaz.

Es esencial un profundo conocimiento de los modos de representación de imágenes, la capacidad del transductor, la configuración del sistema y las técnicas de escaneo. El modo de representación de imágenes determina la naturaleza del haz de ultrasonido. Un haz estacionario (modo sin escaneo) produce una exposición más concentrada que un haz escaneado (modo de representación de imágenes), que distribuye la exposición acústica por toda el área escaneada. La capacidad del transductor depende de la frecuencia, la penetración, la resolución y el campo de visión. Los ajustes predefinidos predeterminados del sistema se definen al inicio con cada nuevo paciente. La técnica de escaneo del usuario cualificado de ultrasonidos, junto con la variabilidad de la constitución física del paciente, es la que determina la configuración del sistema durante el examen.

La variable que afecta a la forma en que el usuario cualificado implementa el principio ALARA incluye: tamaño corporal del paciente, ubicación del hueso con respecto al punto focal, atenuación en el cuerpo y tiempo de exposición de ultrasonido. El tiempo de exposición es una variable especialmente útil porque el usuario cualificado puede controlarlo, casi siempre. La capacidad de limitar la exposición en el tiempo respalda el principio ALARA.

Aplicación de ALARA

El modo de representación de imágenes seleccionado por el usuario lo determina la información de diagnóstico que se necesita. La representación de imágenes en modo B proporciona información anatómica e imágenes armónicas de tejido, que usa frecuencias más altas recibidas, proporciona menos desorden y accidentes en las imágenes, y mejora la resolución general de la imagen en modo B. Comprender la naturaleza de los diferentes modos operativos permite que el usuario cualificado aplique el principio ALARA de la forma más efectiva posible.

Un uso prudente de los ultrasonidos requiere que se limite la exposición del paciente a los ultrasonidos a la salida acústica más baja durante el menor tiempo que sea necesario para conseguir resultados de diagnóstico aceptables. Las decisiones que respaldan el uso prudente se basan en el tipo de paciente, el tipo de examen, el historial del paciente, la facilidad o la dificultad para obtener información útil de diagnóstico y el posible calentamiento localizado en el paciente debido a las temperaturas superficiales del transductor.

El usuario usa los controles del sistema para ajustar la calidad de la imagen y limitar la salida acústica de ultrasonidos. Los controles del sistema se dividen en tres categorías en relación con la salida acústica: controles que repercuten directamente en la salida, controles que repercuten indirectamente en la salida y controles de receptor.

Controles directos

El sistema **Accuro** no contiene controles que repercutan directamente en la salida.

Controles indirectos

El sistema **Accuro** no contiene controles que repercutan indirectamente en la salida.

Controles de receptor

Los controles de receptor son controles de ganancia. Los controles de receptor no repercuten en la salida acústica. Deberían usarse, a ser posible, para mejorar la calidad de imagen antes de usar controles que repercutan directa o indirectamente en la salida.

Otras especificaciones técnicas

Especificaciones del instrumento

Elemento	Especificación		
Dimensiones máximas	5,1 cm x 6,5 cm x 16,5 cm		
Peso	310 g		
Tipo de pantalla	48,96 mm x 73,44 mm (480 píxeles x 320 píxeles, 166 ppp)		

Condiciones operativas y de almacenamiento

El Accuro está diseñado para funcionar en las siguientes condiciones operativas y de funcionamiento:

Condición	Descripción
Temperatura de almacenamiento	De -10 °C a 50 °C
Intervalo de humedad de almacenamiento	Del 20 % al 80 % sin condensación
Temperatura operativa	De 10 °C a 35 °C
Intervalo de humedad operativa	Del 20 % al 80 % sin condensación

Especificaciones de la sonda

Elemento	Descripción
Diámetro	12 mm
Frecuencia	5 MHz
Tamaño de sector	60 °
Profundidad de escaneo máxima	12,5 cm

Especificaciones de salida acústica

Consulte el resumen de cantidades acústicas en la página siguiente.

Especificaciones de la batería

El Accuro contiene una batería de ion de litio encerrada de manera continua en la unidad del instrumento. La batería no es reemplazable. En la parte superior derecha del instrumento hay un icono de batería que indica el nivel actual de carga y cuándo es necesario recargarla. La batería cumple las siguientes especificaciones:

Elemento	Descripción			
Tipo de batería	Ion de litio			
Duración de la batería	Hasta 90 minutos de representación continua de imágenes			
Tiempo de carga	< 4 desde la batería totalmente descargada a plena carga			

La batería se carga enchufando el dispositivo en el cable USB (incluido) y enchufando el cable USB en el cargador USB de pared (también incluido).

Declaración de precisión

La precisión de medición de las distancias lineales y las estimaciones de profundidad de puntos de referencia de SpineNav3D se validan en imágenes de fantomas de ultrasonido equivalentes a tejidos. Ambos fantomas tenían velocidades de sonido de 1540 +/- 10 m/s. En uso en directo, la precisión puede ser mayor debido a las variaciones en la velocidad del sonido.

Especificación	Precisión
Precisión en la medición de distancia lineal (vertical y horizontal)	< 6 %
Precisión de SpineNav3D	< 3 mm (< 10 %)

Otras especificaciones técnicas

Resumen de cantidades acústicas

Modelo de transductor: Accuro

Modo operativo: Modo B

			TIS			TIB		
Index Label			МІ		Non-scan	on-scan		TIC
		Scan		A _{aprt} ≤1 cm²	A _{aprt} >1 cm²	Non- scan		
Maximum i	ndex value		1.05	0.822	-	-	-	#
	рг.3	(MPa)	1.67					
	W ₀	(mW)		69.2	-		-	#
	min of [W.3(Z1), ITA,3(Z1)]	(mW)				-		
	Z1	(cm)				-		
Associated	Z _{bp}	(cm)				-		
acoustic parameter	Z _{SP}	(cm)	3.30				-	
	d _{eq} (z _{sp})	(cm)					-	
	fc	(MHz)	2.50	2.50	-	-	-	#
	Dim of A _{aprt}	X (cm)		1.20	-	-	-	#
		Y (cm)		1.20	-	-	-	#
	PD	(µsec)	1.47					
	PRF	(Hz)	1280					
	pr @ PII _{max}	(MPa)	2.21					
Other Information	d _{eq} @ PII _{max}	(cm)					-	
information	Focal Length	FL _x (cm)		6.0	-	-		
		Fl _y (cm)		6.0	-	-		
	IPA.3 @ MI _{max}	(W/cm ²)	220					
Operating Control Conditions	Sector scan 4 pulse mode 128 lines over 60 degrees							

Nota 1: No es necesario proporcionar información para cualquier formulación de TIS que no alcance el valor máximo de TIS para ese modo. Nota 2: No es necesario proporcionar información para cualquier CONJUNTO DE TRANSDUCTOR no destinado a usos cefálicos neonatales o transcraneales.

Nota 3: No es necesario proporcionar información sobre MI y TO si el equipo cumple las cláusulas de excepción dispuestas en 51.2 aa) y 51.2 dd).

a) El uso previsto no incluye el cefálico, por lo que no se computa el TIC.

[#] No se informa de los datos.

Seguridad

Símbolos

SÍMBOLO	DEFINICIÓN
★	Pieza con aplicación de tipo BF
	Fecha de fabricación
	Fabricante del producto
	Seguir instrucciones de uso
SN	Número de serie
IPX1	Grado de protección contra entrada perjudicial de agua
	Eliminación del producto conforme a la directiva 2012/19/EU

ACCUTO™ MANUAL DEL USUARIO

© Copyright, Rivanna Medical, LLC, todos los derechos reservados. La copia no autorizada de este documento, además de la infracción de los derechos de autor, puede reducir la capacidad de RIVANNA de proporcionar información precisa y actualizada a los usuarios.



Información de contacto:
Rivanna Medical, LLC
107 E Water Street
Charlottesville, VA 22902 EE. UU.
Tel.: 800-645-7508
www.rivannamedical.com
info@rivannamedical.com